



Laboratoř pro analýzy vody a
hygienu

Telefon: +43 6462 32852
Telefax: +43 6462 32 652 20
Mobil: +43 664 138 95 55
e-mail: office@whu-lab.at
www.whu-lab.at

Společnost s r.o.

Jednatel:

Dr. Arno Sorger

Zemský soud Salzburg

OR č.: FN 304214z

DIČ: ATU63836022

Bankovní spojení: Salzburger
Sparkasse,

IBAN: AT32 20404

00041172974 BIC:

SBGSAT2SXXX

W.H.U. GmbH Bodeileherstraße 15, 5500 Bischofshofen, Rakousko

HYTO GmbH

Bischofshofen, 30.11.2017

Hochfeld 242
5721 Piesendorf
Rakousko

Posudek 17318681

Schopnost toaletního systému Hyto k přípravě

Po inspekci produktu Hyto-Toilettensystem (toaletní systém Hyto) na „schopnost přípravy“ podle ISO 17664 - viz inspekční zpráva 17318611 ze dne 30.11.2017 - podáváme následující hodnocení produktu:

Toaletní systém Hyto může být přípravou v čisticím a desinfekčním přístroji bezpečně čištěn standardním čisticím programem a obvyklým čisticím prostředkem pro medicínské produkty (např. mediclean forte). V rámci pokusu byl prokázán čisticí výkon >99,9%.

Toaletní systém Hyto může být přípravou v čisticím a dezinfekčním přístroji bezpečně dezinfikován teplotním standardním dezinfekčním programem pro staniční příslušenství (cílová hodnota 80°C/1 min., resp. hodnota A₀ 60 s).

Toaletní systém Hyto může být sterilizován přípravou v parním sterilizátoru při teplotě 134°C.

Dr. Arno Sorger
Technický ředitel - inspektor
(vlastnoruční podpis)

Zpráva pro: zadavatele